

产品质量检验证明书 (COA)

产品名称 (Product Name): LYNJUNE 小肠类器官培养试剂盒		
产品货号 (Ref): R25794		
批号 (Lot): 990006		
有效期 (Exp): 2024-11-10		
储存条件 (Storage Conditions): 4℃, 低温冰袋运输		
质检内容 (Quality Inspection Content):		
项目	标准	结果
外观	完整, 无破损	完整, 无破损
Ph 值	7-8	7.4
肠类器官构建试验	支持	支持
真菌、细菌、支原体	阴性	阴性
内毒素	<4EU/mL	<1EU/mL
质控结论 (Conclusion)	合格	
质检员 (Quality inspector)	ZJM WHY	
复核员 (QC Manager)	HDT	
日期 (Date)	2022-11-25	

