

产品质量检验证明书（COA）

产品名称（Product Name）: LYNJUNE 96 孔板，超低吸附，U 型底		
产品货号（Ref）: C63105		
批号（Lot）: 990006		
有效期（Exp）: 2024-11-10		
储存条件（Storage Conditions）: 常温		
质检内容（Quality Inspection Content）:		
项目	标准	结果
外观	完整，无破损	完整，无破损
细胞吸附	超低吸附特性	合格
细胞成球实验	细胞形成 3D 球体	支持
真菌、细菌、支原体	阴性	阴性
内毒素	<2EU/mL	<1EU/mL
质控结论（Conclusion）	合格	
质检员（Quality inspector）	ZJM WHY	
复核员（QC Manager）	HDT	
日期（Date）	2022-11-25	

