

产品质量检验证明书（COA）

产品名称（Product Name）：LYNJUNE Matrix IPS 验证无酚红基质胶		
产品货号（Ref）：M10272		
批号（Lot）：990609		
有效期（Exp）：2024-10-12		
储存条件（Storage Conditions）：-20℃低温储存，请避免反复冻融		
质检内容（Quality Inspection Content）：		
项目	标准	结果
外观	完整，无破损	完整，无破损
蛋白浓度（BCA）	>8mg/mL	10mg/mL
成胶时间	<30 分钟	<10 分钟
乳酸脱氢酶升高病毒（LDEV）	PCR 阴性	PCR 阴性
真菌、细菌、支原体	阴性	阴性
胶稳定性测试（37℃，14 天）	稳定	稳定
类器官生长试验	支持	支持
神经轴突生长试验	支持	支持
内毒素	<4EU/mL	<1EU/mL
质控结论（Conclusion）	合格	
质检员（Quality inspector）	ZJM WHY	
复核员（QC Manager）	HDT	
日期（Date）	2022-10-27	

